

**Zadavatel:**

Bohumínská městská nemocnice, a.s.  
Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín  
IČO: 26834022

**Uchazeč:**

TZMO Czech Republic s.r.o.  
Okružní 1174, Nehvizdy, PSČ: 250 81  
IČO: 26723476

**Kontaktní údaje účastníka:**

E-mail: [cz-verejne.zakazky@tzmo-global.com](mailto:cz-verejne.zakazky@tzmo-global.com)  
Telefon: 226 212 304

V Nehvizdech dne 17. 3. 2026

Věc: Žádost o poskytnutí dodatečných informací k veřejné zakázce s názvem: „**Jednorázové inkontinenční pomůcky 2026**“

Vážený zadavateli,

dovolte nám několik dotazů k zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“):

1.) Zadavatel uvádí požadavek na předložení certifikátů ISO savosti obsahující **REF kód** výrobku. Povinnost označovat produkty a certifikáty prostřednictvím REF kódů není stanovena žádným nařízením. Dle Nařízení EU o zdravotnických prostředcích č. 2017/745 (MDR) není výrobce zdravotnických prostředků povinen označovat primární ani přepravní balení REF kódem, **ale UDI-DI kódem, resp. EAN kódem.**

Dovoluji si proto požádat zadavatele, **aby v nabídce akceptoval ISO certifikáty savosti nebo jiné doklady vydané nezávislou laboratoří (např. Laboratorní výsledek testování), které identifikují produkt na základě EAN kódu nebo jiného unikátního kódu.** EAN kód je uveden jak na obalu produktů (vzorky budou zadavateli předloženy v originálním balení), tak na certifikátu ISO savosti. EAN kód je specifický pro daný výrobek, příslušnost certifikátu k danému produktu je tedy jednoznačně prokazatelná.

2.) Zadavatel uvádí požadavek na minimální a maximální obvod pasu v cm u plenkových kalhotek obou kategorií i rozměry pro vložné pleny. Jelikož rozměry plenkových kalhotek ani vložných plen **nejsou standardizovány žádnou normou, dovoluujeme si požádat zadavatele, aby v nabídce akceptoval certifikované produkty s tolerancí do 10% uvedených rozměrů.**

3.) Dále se uchazeč obrací na zadavatele s žádostí o prodloužení lhůty pro dodání zboží. V návrhu rámcové kupní smlouvy je v čl. V, bod. 7 stanovena lhůta pro dodání zboží do 2 dnů od potvrzení objednávky, v mimořádném případě do 24 hod. od uskutečnění objednávky. Uvedené lhůty jsou velice krátké a nelze jim z provozních důvodů vyhovět. V případě nesplnění uvedených ustanovení hrozí dodavateli sankce dle bodu č. 2 v Čl. IX Sankce. Z těchto důvodů žádáme zadavatele o prodloužení lhůty pro dodání zboží alespoň **do 3 pracovních dnů** od potvrzení objednávky, **v mimořádném případě do 2 pracovních dnů** od uskutečnění objednávky.

4.) Technická specifikace uvádí neobvykle vysoké požadavky na savost zalepovacích plenkových kalhotek u položek č. 1.3 vel. M 3.600 ml, 1.6 vel. L 4.000 ml a 1.9. vel. XL 4.000 ml. Tento požadavek na savost je značně nadhodnocen, neboť neodpovídá množství moči vyloučené dospělým uživatelem inkontinenčních pomůcek ani za 24 hodin. Zdravý člověk vyloučí v průměru 1,5 litrů moči za 24 hodin. Standardně jsou plenkové kalhotky měněny minimálně po 6 hodinách, což odpovídá cca 500 ml moči na jednu inkontinenční

pomůcku. U nemocných pacientů (např. s diuretickou léčbou) může být množství moči vyšší, ale je stále nereálné, aby pacient vyloučil víc než 1,5 litru moči v časovém úseku 6 hodin respektive 8 hodin v případě plenkových kalhotek určených pro použití na noc. **Dovolujeme si proto požádat zadavatele o snížení požadavku na savost u položky č.:**

**1.3 vel. M 3.300 ml, 1.6 vel. L 3.600 ml a 1.9. vel. XL 3.600 ml**

V souvislosti s touto žádostí o poskytnutí dodatečných informací uchazeč žádá zadavatele, aby přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání vzorků, neboť **rozhodnutí zadavatele ovlivní produktovou nabídku i vyskladnění a doručení vzorků.**

**Věříme, že přijetí navržených opatření přispěje zadavateli k rozšíření počtu uchazečů v soutěži a s tím související vyšší pravděpodobnost ekonomicky výhodné nabídky kvalitních certifikovaných produktů.**

Děkuji  
S úctou

Andrea Krenarová  
Specialista veřejných zakázek  
TZMO Czech Republic s.r.o.