

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ZADAVATEL:
Bohumínská městská nemocnice, a.s.
Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín

vypisuje

podlimitní veřejnou zakázku na dodávku zboží na splátky, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) na:

(Název veřejné zakázky)
„Dodávka multioborové věže na splátky“

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:	Bohumínská městská nemocnice, a.s.
Adresa zadavatele:	Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín
IČ zadavatele:	26834022
Oprávněná osoba zadavatele:	MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, předseda představenstva Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MBA, místopředseda předst.
Kontaktní osoba zadavatele:	Jiří Pavlík, obchodně provozní manažer
Telefon:	596 096 313
E-mail:	pavlik@nembo.cz
www:	www.nembo.cz

2. DRUH A PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Druh: Ve vztahu k zákonu se jedná o podlimitní veřejnou zakázku na dodávku zboží na splátky, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Předmět: Předmětem veřejné zakázky je dodávka multioborové věže, CPV 33168000-5

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY- ZÁKLADNÍ POŽADAVKY.

Předmětem veřejné zakázky je nákup multioborové věže, jejíž bližší popis je uveden níže, a to s úhradou její kupní ceny ve třech (3) rovnoměrně rozložených splátkách. Součástí této veřejné zakázky je uvedení zařízení do provozu (včetně případné montáže), zaškolení obsluhy, provádění bezpečnostně technických kontrol (BTK) v záruční době v rozsahu četnosti stanovené výrobcem, či dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a dále provádění pravidelných kontrol, preventivní péče, kalibrace, nastavení, aktualizace, pravidelné předepsané periodické bezpečnostnětechnické kontroly (BTK) a veškerý pozáruční servis po dobu 5 let od skončení záruční doby.

Zadávací dokumentace, v níž jsou podrobně vymezené požadované funkční vlastnosti předmětu plnění a další nezbytné informace a podklady, je také zveřejněna na profilu zadavatele na adrese https://bohumin.ezak.cz/profile_display_4.html

Specifikace a minimální požadavky

Multioborová věž

Požadujeme:

Veškeré komponenty umístěny na jednom vozíku

Optické zařízení, kamera a monitor:

Atestovaný monitor, 1 ks

- LCD technologie
- úhlopříčka minimálně 26"
- rozlišení obrazu 1920 x 1080
- zobrazovací úhel min. 178° všemi směry
- svítivost min. 450 cd/m²
- kontrast min. 1300:1
- režim HDTV
- schopnost nastavení různých scanovacích režimů
- obrazové vstupy alespoň: 2x DVI-D, 1x SD/HD/3G-SDI, 1x VGA, 1x S-video, 1x RGB
- obrazové výstupy alespoň: 2x DVI-D, 1x SD/HD/3G-SDI, 1x S-video

Kamerová jednotka včetně integrovaného LED světelného zdroje, 1 ks

- medicínský atest
- 2D Full HD zobrazení (1920x1080p)
- integrovaný HDTV videoprocessor a světelný zdroj s technologií LED
- podpora 3čip CCD kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie
- podpora 1čip CCD lomené kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie
- podpora 3čip CMOS kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie
- podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta)
- integrované záznamové zařízení - archivace obrázků pomocí USB či obdobného média nebo využití interní paměti (ovládání z tlačítek kamer. hlavy i endoskopu)
- ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem
- možnost ovládání nastavení ve sterilním prostředí pomocí tlačítek na kamerové hlavě
- digitální zoom až 1,5x nastavitelný ve 3 krocích
- volitelný poměr stran obrazu - 16:10 / 16:9 / 4:3 / 5:4
- výstupy - 1 x DVI-D, 2x HD-SDI, 1x Y/C, 1x Composite
- vnitřní paměť pro uložení až 20 jednotlivých předvoleb
- předvolba nastavení až 50 údajů patientských dat
- možnost rotace obrazu o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu

Zdroj světla

- integrovaný LED zdroj studeného světla
- 4 LED lampy s životností každé lampy min. 10.000 hodin
- výkon 4 LED světelného zdroje odpovídající výkonu min. 300 W xenonu
- možnost ovládání zdroje světla z tlačítek na kamerové hlavě / endoskopu
- plynulá (ruční i automatická) regulace intenzity světla dle světelných podmínek operačního pole

- intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou při standardním osvětlení a dále v režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení
- automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu
- podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta)

Kamerová hlava, 1 ks

- 3-čipový CMOS systém
- režim plné HDTV
- podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta)
- integrovaný upínací mechanismus pro artroskopické optiky
- min. 3 programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí kamerové jednotky i zdroje světla
- optický zoom min. 0.9x až 1.8x (2x)
- integrovaný, neoddělitelný kabel kamerové hlavy
- manuální ovládání zoomu a ostření pomocí otočného prstencového ovladače na kamerové hlavě
- váha kamerové hlavy max. 220g

Artroskopické optiky, 3 ks

- trokar včetně tupého obturátoru – průměr 4mm, 2 ventily, rotační, high flow, autoklávovatelný
- optika – průměr 4mm, úhel pohledu 30°, zorné pole 115°, pracovní délka 160mm, autoklávovatelná, včetně sterilizačního plastového kontejneru
- světlovodný kabel - délka 3 m, průměr 2,8 mm, autoklávovatelný

Artroskopická pumpa, 1ks

- digitálně kontrolovaný průtok 0,1 l až 1,5l/min
- přetlak na výstupu 10 až 150mmHg
- měření intraartikulárního tlaku
- automatika pro udržování nastaveného intraartikulárního tlaku tekutiny
- pedál pro pneumatickou kontrolu jednorázového zvýšení tlaku a maximální průtok
- pumpa propojena se shaverem – duální pumpa
- včetně příslušenství pro provoz

Shaver, 1ks

- digitální kontrolní a řídicí jednotka, 100-240V, 50-60Hz
- LCD dotykový display
- motorová jednotka s titanovým povrchem
- plynule nastavitelné sání
- otáčky motoru 100 až 10000/min
- možnost volby chodu frézy (vpřed,vzad,oscilace)
- oscilace – možnost volby intervalu od 0,3s
- možnost ručního nebo nožního ovládání motoru
- motor Handpiece – 3 tlačítka pro snadné ovládání
- rovné i zahnuté frézy
- digitální nastavení otevření okna frézy
- hlášení možných chyb a poruch přístroje a zobrazení na display
- ergonomický tvar pro snadnou manipulaci s přístrojem

Koagulační systém „VAPR“

- studená ablace – pálení pouze při teplotě 40-70 ° C bez hloubkové nekrózy okolní tkáně
- možnost volby studené ablace (šetrnější vůči pacientovi) a klasického RF pálení (400-700°C)
- možnost ručního ovládání sondy
- aktuální sledování teploty intra artikulární tekutiny
- zvuková signalizace při zvýšení teploty tekutiny uvnitř kloubu
- po uplynutí stanovené doby se přístroj vrátí do původního nastavení
- monitorování teploty sondy
- nožní ovladač
- možnost flexibilní sondy pro rameno a kyčel
- včetně příslušenství pro provoz

Nástroje

- artroskopický autoklávovatelný háček, 3 ks
- artroskopické zahnuté kleště, autoklávovatelné, 3 ks

Elektrokoagulační jednotka, 1ks

- multioborový generátor pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu
- kompletní řada monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci (min. módy: čisté, smíšené, sprej, gynekologická i urologická endoresektomie ve fyziologickém roztoku)
- podpora plazmové vaporizace a dále bipolární enukleace prostaty
- výkonový rozsah min. 0-320W
- řízen výkonným procesorem se zpětnovazebním měřením
- automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie
- podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření
- možnost připojení až 2 monopolárních a 2 bipolárních nástrojů současně
- automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů
- ruční a nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením)
- volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace
- nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje
- možnost uložení min. 30-ti uživatelů s různě nastavitelnými parametry – s textovým popisem
- zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji
- víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta
- podpora funkce automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole
- možnost připojení modulu pro hybridní technologii umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv. vessel sealing) až do velikosti 7 mm
- zpětná kompatibilita s dříve pořízenými resektoskopy Olympus
- v dodávce včetně:
 - 1 ks dvojitého pedálu
 - 100 ks jednorázových elektrod
 - 1 ks kabel k jednorázové elektrodě
 - 2 ks bipolárního HF-kabelu pro připojení stávajících resektoskopů

Bipolární endoresektoskopy, 2ks

- zpětná kompatibilita s dříve pořízenými resektoskopy Olympus
- vnější průměr pláště maximálně 8,5 mm
- podpora plazmové vaporizace
- zpětná kompatibilita se stávajícími jednotkami UES-40, ESG-400
- možnost single flow resekce pomocí vnitřního pláště a dodatečného dvojventilu
- možnost připojení resekčních kliček různých velikostí (malá, střední, velká)

- možnost připojení vaporizační elektrody ve tvaru hříbku
- možnost připojení vaporizační oválné elektrody
- možnost připojení páskové resekční elektrody pro větší koagulační efekt
- možnost připojení jehlové incizní elektrody (kolmé a šikmé)
- možnost připojení kuličkové koagulační elektrody
- možnost připojení elektrody pro enukleaci
- 2 ks 4mm optika 12°, HD, podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení, autoklávovatelná
- 2 ks světlovodu pro připojení do zdroje světla, 2,8 mm x 3 m
- 2 ks dvouplášťový rotační systém s připojením hadic pro kontinuální proplach, konektory s kohoutem, vč. klasického obturátoru
- 2 ks rotačního dvojventilu pro single flow resekci
- 2 ks pasivní pracovní element
- 2 ks bipolárního HF-kabelu pro připojení k poptávané elektrokoagulační jednotce
- 2 ks bipolárního kabelu pro připojení ke stávající jednotce UES-40
- 2 ks, sterilizační kontejner s aretovaným gumovým uchycením jednotlivých částí resektoskopu, víko, autoklávovatelný
- základní set kliček:
 - 4 ks resekční kličky medium
 - 4 ks vaporizační kličky, ovalbutton
 - 2 ks koagulační kličky, roller

Hysteroskopická proplachová pumpa, 1 ks

- peristaltická proplachová pumpa
- kontrola tlaku média v dutině
- možnost k připojení k zařízení k balančnímu systému pro kontrolu celkového objemu média
- nastavitelný průtok média v minimálním rozsahu 0,03 – 0,5 l/min
- nastavitelný tlak média v minimálním rozsahu 35 – 150 mmHg
- automatické rozpoznání připojeného nástroje (nastavení parametrů)
- ovládání pomocí dotykového displeje
- možnost použití resterilizovatelných i jednorázových proplachových setů
- součástí je resterilizovatelný hadicový set – 2 ks

Atestovaný Přístrojový vozík, 1 ks

- izolační transformátor
- nastavitelné rameno pro hlavní monitor
- 4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich bržděná
- manipulační madla
- antistatická povrchová úprava
- držák kamerové hlavy a kabelu
- držák ovládacího nožního pedálu koagulace

Další podmínky:

- zařízení musí být nové, nikoli demo nebo repasované,
- zařízení i veškeré příslušenství musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 268/2014 Sb. a dle nařízení vlády č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů,
- součástí nabídky bude:
 - přehled nabízené přístrojové sestavy vč. názvů a popisu, případně i fotografie nebo prospekt nabízeného výrobku v českém jazyce vč. popisu jeho technických údajů a parametrů

- podrobný rozpis nabídkové ceny v Kč bez DPH a v Kč včetně DPH, a to s uvedením výše jednotlivých splátek, a to v Kč bez DPH a Kč včetně DPH
- prohlášení o shodě nabízeného předmětu VZ (CE značka) a veškeré další potřebné doklady opravňující uchazeče k dodávkám předmětu plnění (splnění technických norem předmětu plnění, doklad SÚKL osvědčující odbornou způsobilost aj.)
- návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, s vyplněnými údaji vč. nabídkové ceny a výše měsíční splátky (Kč bez DPH a Kč vč. DPH) a ceny týkající se pozáručního servisu.
- Nabídka, která nebude splňovat požadavky zadávací dokumentace, bude vyřazena.
- V nabídce bude uveden časový interval povinných technických kontrol — BTK, doporučený výrobcem, ustanovení o délce záruční doby (min. 24 měsíců) — uveďte délku záruční doby (Příloha č. 2 — Krycí list nabídky).
- Součástí dodávky je doprava na místo osazení, vlastní instalace přístroje, zprovoznění a komplexní vyzkoušení,
- součástí dodávky zařízení je předání návodu k obsluze v českém jazyce (1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD nebo obdobném nosiči) a dodání veškerých dokladů přípustnosti použití zařízení při poskytování zdravotnické péče (dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění),
- součástí dodávky je zaškolení obsluhy, seznámení pracovníků zadavatele s obsluhou zařízení, technickými a provozními podmínkami, všeobecnými bezpečnostními pokyny ochrany zdraví při práci se zařízením a veškerými dalšími náležitostmi řádného provozu zařízení vyplývajícími z příslušných právních předpisů,
- v průběhu záruční doby požadujeme provádět bezplatně:
 - veškeré kontroly předepsané výrobcem a v souladu se zákonem 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích,
 - údržbu a servis vč. dodávky náhradních dílů, které nepodléhají běžnému opotřebení a expiraci,
- dodavatel a poskytovatel servisních služeb budou registrováni v ČR a doloží splnění ustanovení zákona dle zákona č. 268/2014 Sb., (zejména §26 a §28)
- dodavatel se zaváže po dobu 5 let od skončení záruční doby provádět pravidelné kontroly, preventivní péči, kalibrace, nastavení, aktualizaci, pravidelné předepsané periodické bezpečnostnětechnické kontroly (BTK) dle ust. § 65 zákona č.268/2014 Sb., tedy údržbu předmětu smlouvy dle četnosti uvedených výrobcem a požadovaných či doporučených výkonů včetně nainstalování spotřebního materiálu a náhradních dílů.
- dodavatel uvede cenu pozáruční BTK, cena bude zahrnovat veškeré náklady na danou službu vč. cestovného. (Příloha č. 2 Krycí list nabídky), tato cena bude garantována po dobu 5 let od skončení záruční doby
- dodavatel dále uvede cenu za 1 hod. práce pozáručního servisu (příloha č. 2 Krycí list nabídky), tato cena bude garantována po dobu 5 let od konce záruční doby
- dodavatel předloží čestné prohlášení, že zabezpečí servisní podporu výrobku na minimálně 7 let od dodání.
- Podává-li nabídku více dodavatelů společně, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii listiny z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky vázáni společně a nerozdílně (např. smlouva o sdružení) V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku ve struktuře popsané výše. Obdobně plnění veřejné zakázky pomocí poddodavatele bude v nabídce doloženo smlouvou s tímto poddodavatelem, budou uvedeny činnosti plněné poddodavatelem a doloženy příslušné kvalifikační způsobilosti poddodavatele.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3 200 000 Kč bez DPH.

4. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Účastník zadávacího řízení předloží zadavateli podepsaný návrh kupní smlouvy, jenž bude zpracován v souladu s veškerými obchodními podmínkami a požadavky zadavatele.

Úhrada kupní ceny bude provedena formou splátek, rozložením kupní ceny do tří (3) pravidelných, rovnoměrně rozložených měsíčních splátek. První splátka bude provedena v měsíci následujícím po měsíci, v němž bude multioborová věž dodána. Veškeré splátky budou mít shodnou výši, neuhrazená část kupní ceny nebude úročena, hrazena bude pouze kupní cena, akontace se nepřipouští. Zadavatel nepřipouští financování formou finančního nebo operativního leasingu.

Nabídka bude obsahovat sdělení, zda dodavatel je nebo není plátcem DPH.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Nabídka bude podána v českém jazyce a ceny v ní uvedené vyjádřené v Kč (koruna česká).

5. DODACÍ PODMÍNKY – MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Místo plnění: Bohumínská městská nemocnice, a.s. Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81, Bohumín.

Doba plnění: maximálně do 30 kalendářní dny po obdržení podepsané kupní smlouvy.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Celková nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Účastník je povinen do celkové nabídkové ceny zahrnout všechny případné náklady a další výdaje, které mu při realizaci podle této VZ vzniknou nebo mohou vzniknout, tj. dopravu přístroje do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů.

Nabídková cena bude zpracována v souladu s výzvou a dalšími dokumenty obsahujícími vymezení předměty této veřejné zakázky.

Nabídková cena zde bude uvedena v členění:

- **cena položky bez DPH**
- **výše DPH (% a Kč)**
- **cena položky včetně DPH**
- **výše měsíční splátky bez DPH**
- **výše DPH měsíční splátky (% a Kč)**
- **výše měsíční splátky včetně DPH**

Celková nabídková cena a výše měsíční splátky bude uvedena:

- **na krycím listu nabídky**
- **v návrhu kupní smlouvy**

V rámci nabídky uchazeče je údaj o nabídkové ceně a výši měsíční splátky uváděn na několika místech nabídky. Je povinností účastníka zadávacího řízení, aby veškeré jím uváděné údaje byly ve všech částech nabídky shodné. Jakýkoliv rozpor v cenových údajích v nabídce zjištěný při posuzování a hodnocení nabídek je nesplněním této zadávací podmínky, která může vést až k vyřazení nabídky.

Cena je závazná po celou dobu trvání smlouvy.

7. PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny kromě případu, kdy dojde k zákonné změně sazby DPH týkající se předmětu veřejné zakázky.

8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Hodnoceny budou nabídky, u kterých účastník zadávacího řízení prokáže kvalifikaci v plném rozsahu, a které splňují požadavky zadavatele na předmět zakázky.

Hodnotící kritériem bude **ekonomická výhodnost nabídky**.

Dílčí kritéria

1) Výše měsíční splátky vč. DPH	80 %
2) Délka záruky v měsících (min. 24)	5 %
<u>Pozáruční servis</u>	
3) Cena pozáruční BTK (včetně veškerých nákladů) v Kč bez DPH	5 %
4) Cena cestovních náhrad za výjezd do BMN a zpět v Kč bez DPH	5 %
5) Cena za 1 hod. servisní práce pozáručního servisu	5 %

Kritérium č. 1 – Výše měsíční splátky vč. DPH

Při hodnocení výše měsíční splátky je rozhodná její celková výše vč. DPH, která bude uvedena v čl. V. odst. 2 návrhu kupní smlouvy.

Kritérium č. 2 – Délka záruky v měsících (min. 24)

U tohoto kritéria bude hodnocena poskytnutá délka záruční doby v měsících na celý předmět veřejné zakázky, která bude uvedena v čl. VI. odst. 1 návrhu kupní smlouvy. Minimální požadavek na délku záruční doby je 24 měsíců.

Kritérium č. 3 – Cena pozáruční BTK (včetně veškerých nákladů) v Kč bez DPH

U tohoto kritéria bude hodnocena cena bez DPH za provádění činností dle čl. VII. odst. 4 návrhu kupní smlouvy, která bude uvedena v čl. VII. odst. 4 návrhu kupní smlouvy.

Kritérium č. 4 – Cena cestovních náhrad za výjezd do BMN a zpět v Kč bez DPH

U tohoto kritéria bude hodnocena cena bez DPH za cestovní náhrady za výjezd do sídla zadavatele a zpět, která bude uvedena v čl. VII. odst. 3 návrhu kupní smlouvy.

Kritérium č. 5 – Cena za 1 hod. servisní práce pozáručního servisu

U tohoto kritéria bude hodnocena cena bez DPH za cestovní náhrady za 1 hod. servisní práce pozáručního servisu, která bude uvedena v čl. VII. odst. 3 návrhu kupní smlouvy.

Pro hodnocení bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (tj. Výše měsíční splátky vč. DPH, Cena pozáruční BTK (včetně veškerých nákladů) v Kč bez DPH, Cena cestovních náhrad za výjezd do BMN a zpět v Kč bez DPH a Cena za 1 hod. servisní práce pozáručního), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (tj. Délka záruky v měsících), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce.

Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií budou vynásobena příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

9. NÁVRH SMLOUVY

Součástí nabídky musí být **podepsaný** návrh kupní smlouvy (Příloha č. 3), jež bude zpracován v souladu s požadavky zadavatele dle obchodních podmínek této zadávací dokumentace – tzn., že v návrhu smlouvy budou zakotveny bez výjimky podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci. Návrh smlouvy musí obsahovat záruční a pozáruční podmínky, kontakt na osobu zajišťující servis. Návrh smlouvy musí v Příloze č. 1 obsahovat technickou specifikaci zboží.

Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení, tzn. statutárním orgánem (dle výpisu z OR) nebo osobou k tomu zmocněnou (na základě plné moci, která bude nedílnou součástí nabídky).

Účastník zadávacího řízení není oprávněn v návrhu kupní smlouvy vyplňovat jiná ustanovení než ta, která jsou zadavatelem označena pro vyplnění (žlutě podbarvená), nebo je výslovně uvedeno, že účastník zadávacího řízení má něco doplnit. V případě, že účastník zadávacího řízení vyplní, změní či jinak upraví návrh kupní smlouvy, než jak je umožněno zadavatelem, bude jeho nabídka vyřazena a účastník zadávacího řízení bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Zjištěné nejasnosti v návrhu smlouvy má účastník zadávacího řízení možnost si upřesnit v průběhu lhůty pro podávání nabídek. Připomínky po lhůtě pro podávání nabídek nebudou akceptovány.

10. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

- a) Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ
Účastník zadávacího řízení předloží:
 - Čestné prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti – dle přílohy č. 1.
- b) Profesní způsobilost
Účastník zadávacího řízení předloží:
 - Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
 - Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku či živnostenský list)
- c) Technická kvalifikace
Účastník zadávacího řízení předloží:
 - Fotografie nebo prospekt nabízeného zboží, včetně popisu technických parametrů v českém jazyce, případně opatřen českým překladem, ze kterého vyplýne, že nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky dle zadávací dokumentace.
 - Prohlášení o shodě v českém jazyce v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a pokud se jedná o zdravotnický prostředek) a dle zákona č. 268/2014 Sb. s uvedením klasifikační třídy
 - Seznam alespoň 3 významných dodávek do zdravotnických zařízení v ČR nebo EU za poslední 3 roky a to stejného, či obdobného předmětu, tj. dodávka multioborové věže, přičemž finanční objem každé z těchto dodávek dosáhl pro jednoho objednatele min. 3 mil. Kč bez DPH, spolu s uvedením jejich ceny, doby plnění a identifikace objednatele (kontaktní údaje). Seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Výpis z obchodního rejstříku a doklady prokazující základní způsobilost nesmí být starší než 3 měsíce ode dne podání nabídky.

Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy v kopiích, a v souladu s ust. § 53 odst. 4 ZZVZ mohou být tyto doklady nahrazeny čestným prohlášením, nebo jednotným evropským osvědčením.

11. ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY

Záruční doba minimálně 24 měsíců od podepsání předávacího protokolu.

Nástup na opravu do 24 hod. od nahlášení.

V případě výskytu čtyř různých závad na soutěženém systému, zadavatel požaduje dodávku nového systému dle platných ustanovení občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb.

12. DATUM VYHLÁŠENÍ ZAKÁZKY, ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK – LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Tato podlimitní veřejná zakázka na dodávku zboží na splátky, zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je dodávka multioborové věže, byla vyhlášena dne 11.října 2018.

Nabídky mohou být podány výhradně elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, který je implementován na profilu zadavatele https://bohumin.ezak.cz/profile_display_4.html – a to do 29. října 2018 do 9:00.

Žádný jiný způsob podání nabídek není přípustný.

Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.

Veškeré náležitosti a úkony (např. registrace – viz odkaz: <https://bohumin.ezak.cz/registrace.html>) nutné pro podání nabídky je účastník povinen zjistit a zajistit si samostatně v dostatečném předstihu před koncem lhůty pro podání nabídek. Kontaktní údaje na podporu elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné prostřednictvím profilu zadavatele (odkaz: <https://bohumin.ezak.cz>) popř. na webových stránkách jeho provozovatele (odkaz: <https://ezak.cz>).

Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídky v elektronické podobě:

- pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj E-ZAK, jenž je implementován na profilu zadavatele na adrese: https://bohumin.ezak.cz/profile_display_4.html, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „manuály“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu;
- účastník musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji E-ZAK. Registrace není zpoplatněna;
- zadavatel v souladu s § 211 odst. 4 zákona uvádí, že certifikát veřejného klíče k zašifrování a kódování nabídky zadavatel poskytuje prostřednictvím svého profilu zadavatele a bude automaticky (tj. bez zásahu účastníka) použit při podávání nabídky ze strany účastníka.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka. Zadavatel doporučuje zohlednit zejména rychlost připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh).

13. ZADÁVACÍ LHŮTA (tj. lhůta, po kterou jsou účastníci ZŘ svými nabídkami vázáni)

Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na 60 kalendářních dní a počíná běžet první den následující po dni skončení lhůty pro podání nabídek.

Uchazeči, jehož nabídka je vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svojí nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvýše však o 30 kalendářních dní

Zadávací lhůta se prodlužuje též účastníkům zadávacího řízení, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení a jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 15 kalendářních dní ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

14. VZORKY

Zadavatel nepožaduje předložení vzorků.

15. DODATEČNÉ INFORMACE

Veškerá komunikace mezi zadavatelem (pověřenou osobou) a dodavateli, poskytované dokumenty a informace budou v českém jazyce. Každý účastník zadávacího řízení je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace.

V případě, že některý z účastníků zadávacího řízení bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím portálu https://bohumin.ezak.cz/profile_display_4.html, či prostřednictvím datové schránky zadavatele. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen doručit zadavateli nejpozději do 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace poskytne nejpozději do 12:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace v tom případě poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním dodavatelům stejným způsobem, jakým byla uveřejněna výzva, tj. na internetových stránkách Bohumínské městské nemocnice a.s. a internetových stránkách města Bohumín, v záložce k tomuto účelu určené a zejména na profilu zadavatele na adrese: https://bohumin.ezak.cz/profile_display_4.html

16. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE

Zadavatel požaduje doložit:

Seznam poddodavatelů (popř. čestné prohlášení) – V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), požaduje zadavatel uvést v nabídce (v příloze návrhu smlouvy), jaká část veřejné zakázky bude prováděna třetí osobou (poddodavatelem) a identifikovat tyto třetí osoby (účastník zadávacího řízení je povinen u poddodavatele uvést jeho identifikační údaje). Účastník zadávacího řízení odpovídá v plném rozsahu za veškerou činnost poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele. V případě, že účastník zadávacího řízení bude provádět veřejnou zakázku pouze s využitím vlastních kapacit, předloží v nabídce o této skutečnosti prohlášení.

Doklad o oprávnění provádění servisu – souhlas (autorizace) výrobce k provádění servisu, údržby, kontrol zařízení a systému specifikovaného v této zadávací dokumentaci.

Oznámení o splnění ohlašovací povinnosti – ve vztahu ke své činnosti nebo povinnost notifikace zdravotnického prostředku (Sdělení MZČR nebo SÚKL) dle zákona 268/2014 Sb.

17. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zadavatel zruší zadávací řízení, pokud po uplynutí lhůty pro podání žádosti o účast, předběžných nabídek nebo nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení.

Zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv, je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení; tento důvod zrušení může zadavatel použít pouze do doby odeslání oznámení o výběru dodavatele.

Kdykoliv v průběhu zadávacího řízení může zadavatel změnit, doplnit nebo upřesnit zadávací podmínky, a to na profilu zadavatele na adrese: https://bohumin.ezak.cz/profile_display_4.html, a také na internetových stránkách Bohumínské městské nemocnice a.s. a internetových stránkách města Bohumín, v záložce k tomuto účelu určené.

Zadavatel nehradí účastníkům zadávacího řízení náklady vzniklé z účasti v řízení.
Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

Ze zadávacího řízení budou vyloučeny všechny nabídky, které budou:

- Obsahově nekompletní,
- Nesplní některý požadavek soutěže,
- Obsahovat nepravdivý údaj

Hodnotící komise může v případě nejasností požádat účastníka zadávacího řízení o písemné vysvětlení nabídky a o doplnění chybějících dokladů.

Účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

18. SEZNAM POŽADOVANÝCH DOKUMENTŮ

- a) Cenová nabídka – s uvedením skutečnosti, zda účastník zadávacího řízení je nebo není plátcem DPH, (Příloha č. 2 – Krycí list)
- b) Návrh kupní smlouvy – PODEPSANÝ (Příloha č. 3 + přílohy návrhu kupní smlouvy)
- c) Čestné prohlášení (Příloha č. 1)
- d) Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence
- e) Doklad o oprávnění k podnikání (ŽL)
- f) Fotografie nebo prospekt nabízeného zboží
- g) Prohlášení o shodě
- h) Seznam poddodavatelů nebo čestné prohlášení
- i) Doklad o oprávnění k provádění servisu (autorizace)
- j) Oznámení o splnění ohlašovací povinnosti (MZČR nebo SÚKL)
- k) Seznam alespoň 3 významných dodávek do zdravotnických zařízení v ČR nebo EU za poslední 3 roky a to stejného, či obdobného předmětu, kdy hodnota každé z těchto dodávek dosáhla pro jednoho objednatele min. 3 mil. Kč bez DPH

Výše uvedené doklady, popř. další doklady tvořící nabídku (např. Plná moc), budou doloženy v kopiích.

19. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy

V Bohumíně dne 11.10.2018

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
předseda představenstva

Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MBA
místopředsedkyně představenstva

Bohumínská městská nemocnice, a.s.
Slezská 207
735 81 Bohumín - Starý Bohumín
IČ: 26834022
tel.: 596 096 111

