

Bohumínská městská nemocnice, a.s.
Vážený pan,
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
Předseda představenstva
Slezská 207, Starý Bohumín
735 81 Bohumín

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Název veřejné zakázky (VZ):

MYCÍ A DEZINFEKČNÍ AUTOMAT PRO FLEXIBILNÍ ENDOSKOPY, 2023

S odvoláním se na Vaši výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem "Mycí a dezinfekční automat pro flexibilní endoskopy, 2023" a související zadávací dokumentaci, respektive technickou specifikaci předmětu zakázky žádáme o vyjádření zadavatele k technické specifikaci automatického dezinfektoru.

Bude zadavatel akceptovat obdobné technické řešení mycího a dezinfekčního automatu pro flexibilní endoskopy, splňující medicínální účel?

Charakteristika a technické údaje námi nabízeného automatického dezinfektoru:

- Počítačem řízený mycí a dezinfekční automat (reprocesor) flexibilních endoskopů
- 1 velká prosklená mycí a dezinfekční komora z armádního polymeru s antibakteriálním nástřikem pro dlouhou životnost
- Termochemická dezinfekce endoskopů na bázi kys. peroctové PAA (Peracetic Acid)
- Možnost závěrečného proplachu izopropylalkoholem
- Monitorování a kontrola až 8mi kanálků nezávisle na sobě včetně testu těsnosti po celou dobu mycího a dezinfekčního cyklu
- Rychlost kompletního mycího cyklu cca. 20 minut, cyklus HLD 12 minut
- Dotyková obrazovka 15" s intuitivním ovládáním, možnost SW v českém jazyce
- Automatická identifikace pomocí RFID technologie
- 100% kompatibilita použití pro endoskopy různých známých výrobců běžně dodávaných a používaných značek flexibilních endoskopů
- Integrovaná tiskárna pro tisk validovaného štítku, USB výstupy, záznamy uložené v PC
- Permanentní kontrola stavu chemikálií a monitoring jejich účinnosti
- Závěrečný oplach flexibilního endoskopu Aqua purificata
- Funkce závěrečného sušení endoskopů, profouknutí kanálků filtrovaným vzduchem
- Kompletně ponořený endoskop, sprej v mycí a dezinfekční komoře
- Bezdotykové ovládání víka mycí a dezinfekční komory

- Splňuje normu ISO-15883-1, ISO-15883-4, normu ISO/TS-15883-5 v kompletním znění
- Hmotnost 75 kg
- Elektrické připojení 230 V, 50 Hz
- Připojení na rozvod pitné vody

Námi nabízené řešení nijak nesnižuje kvalitativní nároky na automatický dezinfektor flexibilních endoskopů, naopak u dezinfektoru je kladen důraz na vysoký stupeň dezinfekce a sterilizace flexibilních endoskopů, uživatelsky nenáročné ovládání, minimalizaci času cyklu mytí a dezinfekce (reprocesu) flexibilních endoskopů s tiskem validovaného protokolu z integrované tiskárny.

Bude zadavatel akceptovat toto technické řešení splňující medicínální účel?

Děkuji za Vaši odpověď

S pozdravem

Ing. Robert Ludvík
Jednatel RADIX CZ s.r.o.
Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora
IČO: 26774321
DIČ: CZ26774321