

Vyřizuje: Jiří Pavlík
Telefon: 596 096 313
E-mail: pavlik@nembo.cz
Datum: 11.06.2019

Výzva k podání nabídky

Vyzýváme Vás tímto v souladu se směrnicí pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumín č. 9/R z 3.12.2018, účinné od 1.1.2019 a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek **k podání nabídky na provedení zakázky malého rozsahu**, která není zadávána v podmínkách zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, **na**

„Nákup 12 kusů polohovatelných lůžek s příslušenstvím a matrací pro Bohumínskou městskou nemocnici a.s.“

Název zadavatele: Bohumínská městská nemocnice, a.s.

Adresa zadavatele: Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín

IČ zadavatele: 26834022

Oprávněná osoba zadavatele: MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, předseda představenstva
Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MBA, místopředseda předst.

Kontaktní osoba zadavatele: Jiří Pavlík, obchodně provozní manažer

Telefon: 596 096 313

E-mail: pavlik@nembo.cz www: [www: www.nembo.cz](http://www.nembo.cz)

1. Předmět a rozsah nabídky

Předmětem nabídky je uzavření kupní smlouvy na 12 kusů elektricky polohovatelných nemocničních lůžek, včetně matrací, pro Bohumínskou městskou nemocnici a.s., jejímž předmětem bude nákup výše zmíněných lůžek s nezbytným příslušenstvím, a parametry uvedenými níže, pro potřeby Bohumínské městské nemocnice a.s. v termínech stanovených touto výzvou.

2. Požadované parametry

Lůžko

Provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010

Konstrukce

- Kovová konstrukce lůžka
- Konstrukce lůžka musí umožňovat snadné čištění a údržbu s minimálním rizikem poškození motorových částí
- Celoplastový jednolitý kryt celého podvozku lůžka
- 4-dílná ložná plocha vyrobena z kovových lamel z důvodu snadného čištění a dlouhé životnosti

- Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami: bílý odstín
- Nárazová kolečka v rozích lůžka
- Úchyty pro příslušenství (hrazda, příp. infuzní stojan) v hlavové části i nožní části lůžka

Výškové nastavení

- Zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně o 39cm
- Zdvihový mechanismus pod ložnou plochou lůžka
- Nejnižší poloha ložné plochy max. 40 cm

Rozměry

- Šířka ložné plochy min. 85 cm
- Délka ložné plochy min. 200cm
- Maximální vnější rozměry 98 x 215 cm z důvodu prostorového rozmístění a transportu v prostorách Bohumínské městské nemocnice, a.s.

Nosnost

- Bezpečné zatížení lůžka minimálně 250 kg

Funkce

- Polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru
- Polohování lýtkového dílu pomocí mechanického hřebene či lepší
- Polohování zádového dílu min. 70°, stehenního min. 38°, lýtkového min. 21°
- Systém autoregrese pro eliminaci tlaku a střížných sil při polohování zádového a stehenního dílu
- Autoregrese zádového dílu min. 12cm, autoregrese nožního dílu min. 6cm
- Integrované prodloužení ložné plochy min. o 20cm

Čela lůžka

- Vyjímatelná plastová čela, s madly, bezespárové provedení, s volbou barevného dekoru
- Čela s mechanickou aretací proti samovolnému vytrhnutí

Zábrany/postranice

- Postranice min. ve 3/4 ložné plochy lůžka, kovové, lakované, sklopné podélně s ovládáním pod úroveň ložné plochy v nožní části lůžka (mimo dosah pacienta)
- Zábrany odnímatelné bez použití náradí

Ovladač

- Ruční (pacientský) ovladač s podsvícením, s barevně odlišenými funkcemi pro polohování a ochranou proti nechtěnému polohování pomocí tlačítka + možnost uzamknutí jednotlivých funkcí ovladače pomocí klíče

Kolečka, brzdy

- Kolečka o průměru min. 125mm
- Centrální brzda koleček se směrovou aretací ovládaná pomocí dvou nožních pedálů
- Kolečka uložena z důvodu bezpečnosti pod ložnou plochou lůžka

Příslušenství lůžka :

- kovová lakovaná hrazda
- plastová hrazdička s nastavitelným popruhem

- infuzní stojan - hliníkový

Matrace zajišťující prevenci vzniku dekubitu do 3. stupně

- jednostranná antidekubitní matrace dělená do 5 anatomických zón s viskoelastickou paměťovou pěnou
- rozměr matrace 200x85x12 cm
- Nosnost - pro maximální preventivní účinek min. 130 kg
- maximální nosnost 200 kg
- Skladba matrace: jádro matrace HR pěna
zádová část + sakrální část z viskoelastické paměťové pěny
- Potah: potah vhodný k použití ve zdravotnictví, materiál kombinace PES a PUR, pružnost v příčném a podélném směru
- Potah snímatelný se zipem do tvaru písmene „L“ s ochranou proti vniknutí tekutiny.
- Potah pratelný na 95°C, dezinfikovatelný, anti-bakteriální, anti-alergický, paropropustný, voděodolný, polyesterový úplet.

Záruka

- Lůžka – 3 roky
- Matrace – 2 roky

3. Lhůta plnění

Termín dodání je 6 týdnů od uzavření kupní smlouvy

4. Zadávací podmínky

Požadované technické specifikace jsou stanoveny dle požadavků zadavatele v bodu 2. této výzvy. Místem plnění veřejné zakázky je areál Bohumínské městské nemocnice a.s. pod adresou Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín.

Prohlídka místa plnění není pro předmět plnění zakázky nezbytná, a proto nebude organizována. Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit se všemi zadávacími podmínkami, sděleními ve výzvě, upozornit na jejich případné nedostatky nebo chyby a vyjasnit si ještě před podáním nabídky případné nejasnosti. Součástí nabídky budou i požadavky uchazeče na objednatele. Na dodatečné požadavky ze strany prodávajícího nebude brán zřetel.

5. Obsah a forma nabídky

Předložená nabídka musí podána v českém jazyce a obsahovat:

- nabídkovou cenu (bez i včetně DPH)
- přesnou technickou specifikaci nabízených elektrických polohovatelných lůžek včetně matrací a jejich potahu (zařízení i veškeré příslušenství musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů)
- prohlášení o shodě nabízeného předmětu VZ (CE značka- CE Conformity Declaration)
- veškeré další potřebné doklady opravňující uchazeče k dodávkám předmětu plnění
- název a přesnou adresu uchazeče, IČO, DIČ a bankovní spojení
- jméno zodpovědné pracovníka pro případné další jednání včetně uvedení telefonního a mailového spojení

6. Požadavky na zpracování cenové nabídky

Nabídková cena bude zpracována jako cena pevná, smluvní a konečná a to bez DPH a včetně DPH.

Uchazeč je povinen zahrnout do ceny veškeré předpokládané náklady na komplexní realizaci poskytování služeb včetně dokladů k přijímacímu řízení.

Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky.

Maximální přípustná nabídková cena je 400000,- Kč bez DPH.

7. Místo a lhůta pro podání nabídky

Nabídky prosíme podat elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, který je implementován na profilu zadavatele https://bohumin.ezak.cz/profile_display_4.html – a to do **24.6.2019 do 8^o hodin**.

Nabídky předložené po uplynutí soutěžní lhůty nebudou přijaty.

8. Hodnocení

Ve výběrovém řízení budou jednotlivé nabídky hodnoceny podle jediného kritéria a tím je nabídková cena.

Způsob výběru nejvhodnější nabídky a hodnocení předložené nabídky je výhradně záležitostí zadavatele.

Vybraní uchazeči, jejichž nabídky se umístí na prvním až třetím místě, budou svými nabídkami vázáni do doby uzavření kupní smlouvy.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o náplni kupní smlouvy, vyjma ceny a termínu splnění dodávky, které budou závazné podle nabídky.

9. Jiné podmínky

Zadavatel je oprávněn soutěž kdykoliv zrušit, nebo nevybrat žádného uchazeče. Odvolat nebo zrušit veřejnou zakázku je zadavatel oprávněn kdykoliv v průběhu, před zahájením nebo ukončením výběrového řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení veřejnou zakázku změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to písemně a všem účastníkům výběrového řízení shodně. Dále si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu o dílo pouze na část předmětu plnění.

Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, ale vyhrazuje si právo v průběhu hodnocení nabídek požádat o předložení předmětu nabídky za účelem ověření deklarovaných technických parametrů. Účastník řízení je požadovaný předmět povinen předložit do pěti (5) pracovních dnů od předložení nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel nehradí.

MUDr. Svatopluk Němeček MBA
předseda představenstva

Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MBA
místopředseda představenstva